

西平县人民医院恒温循环解冻箱采购项目询价公告

一、采购项目名称：西平县人民医院恒温循环解冻箱采购项目

二、采购采购编号：

三、项目采购数量：1 台

四、项目预算金额：5.95W

五、采购需求：

5.1、恒温循环解冻箱设备参数要求：

1	基础参数	
1.1	存水量：58kg±5%	
1.2	循环能力：≥35kg/min	
1.3	控温范围：室温～60℃	
1.4	控温精度：±0.1℃	
1.5	加热功率：2000W	
1.6	化浆量（50 - 200ml/袋）：≥12 袋/次（冰冻血浆：50-200ml/袋）	
1.7	解冻时间：8～10min	
1.8	输入电压：220V	
1.9	摆动频率：60周/min	
1.10	解冻腔体：可分解	*
1.11	采用高清IPS电容触摸液晶显示屏，分辨率高，操作灵敏。	*
1.12	智能化管理实时显示温度/时间的变化曲线。	*
1.13	溯源系统:能实时记录存储融浆过程的温度数据，可设置医院名称、操作人员编号，精准保存操作记录。	*
1.14	可连接移动存储设备，储存空间大，实现数据终身可查询，便于做质控管理。	
1.15	具有多种解冻模式，可设置常规解冻、快速解冻、连续解冻以适应不同容量冰冻血浆、血小板和血液制品的解冻复温。也可手动控制，实现浮动终点、急诊插入解冻以满足临床紧	

	急用血、急诊等特殊条件下的解冻。	
1.16	可分解式水箱，能定期对设备内箱进行深度清理消毒，避免细菌滋生，保护融浆安全	*
1.17	双路温控系统、超温自动断电报警功能，更加安全、可靠。	
1.18	配备双循环系统，确保融化过程中温度更加恒定，有效杜绝纤维蛋白析出，保护血浆有效成分。	
1.19	采用新一代加热系统，加热装置三重安全保护，更加安全可靠。	
1.20	可实现待机自动补水、一键清洗功能。具有温度和水位保护功能。	
1.21	采用进口不锈钢屏蔽式增压水泵，无噪音，静音运转。	
1.22	具有上排水功能，工作室无需地漏。	
1.23	解冻完成自动控干血袋，减少浸泡时间。	
1.24	设备还可以用于对血小板、血液细胞、医疗冰冻制品、麻醉剂和药品的复温加热。	

5.2、资金来源：自筹资金

5.3、交货期：合同签订后3日历天内供货安装调试完毕

5.4、质保期：1年

5.5、质量标准：合格

5.6、交货地点：采购人指定地点

六、供应商资格要求

6.1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

6.2、供应商必须具备医疗器械经营许可证，产品系统获得二类医疗器械注册证；

6.3、供应商所投产品是同一厂家及同一品牌的产品(提供生产许可证证明)。

七、方式：

凡有意参加询价者，登录“西平县人民医院官网(<http://www.xprmyy.cn/index.html/>)”网站。

八、询价截止时间

时间:2022 年 6 月 19 日 09 时 30 分(北京时间)。

九、询价时间及地点

1. 时间:2022 年 6 月 19 日 09 时 30 分(北京时间)。

2. 地点: 西平县人民医院门诊楼三楼

十、联系方式

采 购 人: 西平县人民医院

地 址: 驻马店市西平县西平大道 96 号

联 系 人: 卢科长

联系方式: 15836615606

发 布 人: 西平县人民医院

发布时间: 2022 年 6 月 16 日