

西平县人民医院采购监护仪项目询价公告

一、采购项目名称：西平县人民医院采购监护仪项目

二、采购采购编号：

三、项目采购数量：1 台

四、项目预算金额：11W

五、采购需求：

5.1、监护仪设备参数要求：

1	工作条件	
1.1	适合用于OR、ICU、亚重症病人监护；	
1.2	适用于成人、小儿、新生儿的监测	
2	主要硬件及及结构	
2.1	主机屏幕一体化设计，电容触摸屏，幕尺寸≥15英寸	*
2.2	可视角度达到178度，正面采用纯平无边框设计，不易积累灰尘，易清洁	
2.3	标配锂电池，使用时长≥120min	
2.4	支持多种操作方式：触摸屏、鼠标、键盘	
2.5	支持三级声光报警状态显示，具备报警升级功能，当某报警持续触发一段时间时，能够提高报警音量。报警升级功可以用户定义	*
2.6	ECG, TEMP, IBP, SpO2 C.O., PiCCO, NIBP, EEG, NMT除颤抗电击满足CF级别；ScvO2, CO2, ICG, BIS, AG, RM, rSO2除颤电击满足BF级别	
3	用户界面及应用	
3.1	支持≥6道波形显示	
3.2	用户能够根据自己的使用需要定义快捷键，界面至少能够提供 12 个快捷键的同时显示	*
3.3	当测量值不可靠时，监测数值镂空值显示	
3.4	具有图形化报警指示功能，可快速判断报警原因及报警位置	*

3.5	具有高级参数指导功能，能够指导用户掌握高级参数的使用方法	*
3.6	具有专业的围术期辅助应用，能够优化诱导期、维持期和复苏期的工作流程，提供脱机评分工具。	
4	参数模块	
4.1	模块支持热插拔，可通用于每台机器，节约科室成本；可支持带屏幕的转运模块，便于病人转运过程中监护的连续性	
4.2	机身集成插件箱≥4槽位，支持外置插件箱（8槽位）	
4.3	具备IBP有创血压监测功能。	
5	心电指标	
5.1	支持3/5/6/12导心电监护，支持12导同屏显示，可以直接在监护仪上进行12导静息分析，获得分析结果并保存	
5.2	滤波模式提供诊断模式、监护模式、ST模式	
5.3	提供≥22种心律失常事件的分析，提供24小时心律失常统计	*
6	呼吸	
6.1	计算导联可以选择I，II，自动	
6.2	RR测量范围0-160 rpm	
7	血氧饱和度指标	
7.1	可显示灌注指数	
7.2	支持双血氧监测功能	
8	体温指标	
8.1	可支持8通道体温测量，提供其中两通道体温测量差值显示。	
8.2	体温测量范围：0-46摄氏度。	
9	NIBP指标	
9.1	测量范围：20-260mmHg	
9.2	提供手动、自动间隔、连续、序列等测量模式	

5.2、资金来源：自筹资金

5.3、交货期：合同签订后3日历天内供货安装调试完毕

5.4、质保期：1年

5.5、质量标准：合格

5.6、交货地点：采购人指定地点

六、供应商资格要求

6.1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

6.2、供应商必须具备医疗器械经营许可证，产品系统获得二类医疗器械注册证；

6.3、供应商所投产品是同一厂家及同一品牌的产品（提供生产许可证证明）。

七、方式：

凡有意参加询价者，登录“西平县人民医院官网（<http://www.xprmyy.cn/index.html/>）”网站。

八、询价截止时间

时间：2023年5月20日09时30分（北京时间）。

九、询价时间及地点

1. 时间：2023年5月20日09时30分（北京时间）。

2. 地点：西平县人民医院门诊楼三楼

十、联系方式

采购人：西平县人民医院

地址：驻马店市西平县西平大道96号

联系人：卢科长

联系方式：15836615606

发布人：西平县人民医院

发布时间：2023年5月17日