

## 西平县人民医院采购纯水机项目询价公告

一、采购项目名称：西平县人民医院采购纯水机项目

二、采购编号：

三、项目采购数量：1 台

四、项目预算金额：10.5W

五、采购需求：

5.1、纯水机设备参数要求：

1	基础参数	
1.1	设备产水量：2000L/h（25℃）	*
1.2	水利用率：≥60%	
1.3	内毒素、细菌去除率：≥99%	
1.4	纯水电导率：≤15μs / cm（25℃）	*
1.5	设备产水水质符合WS310.1-2016《医院消毒供应中心管理规范》，开机具备自动反冲功能	
1.6	设备预处理系统自动冲洗及再生运行	
1.7	设备具备无水保护、高低压保护、水箱液位保护等多种安全自锁装置和报警装置	
1.8	多功能监测可实现水质、流量、压力等在线显示	*
1.9	智能平衡系统确保设备运行的稳定与安全	
1.10	反渗透主机一体化结构，占地面积小	*
1.11	设备采用集成控制，显示电导率等参数	*
1.12	设备由预处理系统、单级反渗透系统及恒压输送+紫外线杀菌+储水系统组成	*
1.13	反渗透主机高压管道采用不锈钢材质，耐压高，降低漏水率	*
1.14	多介质过滤器：滤料为石英砂，处理量≥4m <sup>3</sup> /h；阀体为全自动控制阀	
1.15	活性炭过滤器：滤料为椰壳炭；处理量≥4m <sup>3</sup> /h；阀体为全自动控制阀	

1.16	加阻垢剂装置：计量泵采用进口品牌泵，药箱规格为100L	
1.17	水泵要求：水泵品牌为南方泵或同等品牌，泵体材质为不锈钢	
1.18	膜元件要求：脱盐率 $\geq 99\%$ 、型号为4040，膜片类型为芳香族聚酰胺复合膜，产水量满足设计要求	*
1.19	膜壳材质要求：304不锈钢	
1.20	主机机架采用304不锈钢，管道连接高压部分采用304不锈钢，其他部分用卫生级UPVC。	
1.21	制水机开关受纯水水位自动控制	
1.22	厂家提供十家同类产品在医院的销售记录	
1.23	供货商按照医院要求，负责水、电所有管道等的免费安装、调试，提供使用人员的免费培训	
1.24	质保期：设备保修 $\geq 1$ 年	

5.2、资金来源：自筹资金

5.3、交货期：合同签订后3日历天内供货安装调试完毕

5.4、质保期：1年

5.5、质量标准：合格

5.6、交货地点：采购人指定地点

## 六、供应商资格要求

6.1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

6.2、供应商必须具备医疗器械经营许可证，产品系统获得二类医疗器械注册证；

6.3、供应商所投产品是同一厂家及同一品牌的产品(提供生产许可证证明)。

## 七、方式：

凡有意参加询价者，登录“西平县人民医院官网(<http://www.xprmyy.cn/index.html/>)”网站。

## 八、询价截止时间

时间:2023年5月20日09时30分(北京时间)。

## 九、询价时间及地点

1. 时间:2023年5月20日09时30分(北京时间)。

2. 地点: 西平县人民医院门诊楼三楼

#### 十、联系方式

采 购 人: 西平县人民医院

地 址: 驻马店市西平县西平大道 96 号

联 系 人: 卢科长

联系方式: 15836615606

发 布 人: 西平县人民医院

发布时间: 2023年5月17日