

西平县人民医院采购麻醉监护仪项目询价公告

一、采购项目名称：西平县人民医院采购麻醉监护仪项目

二、采购编号：西平县人民医院采购麻醉监护仪项目

三、项目采购数量：2 台

四、项目预算金额：10W

五、采购需求：

5.1、麻醉监护仪设备参数要求：

1	适用范围：成人，儿童，新生儿（注册证证明）	
2	操作方式：标配触摸屏，二级操作菜单	*
3	屏幕：≥12.1 英寸，背光内置式 TFT 彩色显示屏	*
4	标配参数接口：ECG，血氧饱和度，无创血压，2通道体温，2通道有创压，主流法呼吸末二氧化碳	*
5	存储：≥120小时全息波形存储	*
6	把手：可折叠把手，便于携带	
7	软件内置智能图示操作指南，介绍各个参数测量方法，专业术语、特殊符号，及基本问题处理方法等，具备药物计算功能	*
8	跨床监护：≥ 8 床位	
9	外壳防水等级：≥IPX1	
10	ECG功能	
10.1	ECG波形可层叠显示	
10.2	可同屏显示7导联ECG	
10.3	高T波抑制能力，ESU防护，耐除颤保护，起搏监测	
10.4	频率特性：0.05~150Hz	*
10.5	QRS识别模式：成人，儿童，新生儿	
10.6	标配高精度心律失常分析功能，QRS 检测灵敏度与 AHA 数据库的符合度≥99.8%	
11	SpO2功能	
11.1	成人用血氧饱和度探头原装进口，可水洗消毒	*

11.2	成人用血氧饱和度探头采用平行夹设计，减少患者压痛感	
11.3	具备抗运动干扰或者低灌注场合精准测量软件调节功能	
11.4	可显示信号质量指数SQI，灌注指数PI	
11.5	新生儿血氧饱和度探头： 具有CFDA认证，CE认证 一次性或单患者使用 适用患者类型：3kg及以下的新生儿（脚背或手背） *测量精度：±2%（80%~100%），±3%（70%~80%） *在患者有运动干扰，外周循环低灌注，哭闹等情况下，数据准确，稳定 *探头固定带的粘性物质不损伤皮肤，不会残留在皮肤上，探头透气性好，柔软。	*
12	NIBP功能	*
12.1	成人/儿童袖带充气时间：≤11s	
12.2	新生儿袖带充气时间：≤5s	
12.3	血压测量模式：手动，定时，腰麻，连续等可选	
12.4	新生儿NIBP充气袖带：带有过压保护功能，机器自动识别新生儿袖带，并开启新生儿压力测量模式，压力过大时，自动断开袖带	*
13	主流法呼吸末二氧化碳	*
13.1	传感器预热时间短：≤5S	
13.2	传感器防水等级：IPX7，可水洗消毒	
13.3	主流法支持插管及非插管患者测量，支持新生儿主流插管法测量	
14	标配HL7协议接口 *患者姓名输入方式：手写，拼音，及中文输入法	*
15	电池：标配锂电池，充满电后监护时间≥6小时	*

5.2、资金来源：自筹资金

5.3、交货期：合同签订后 3 日历天内供货安装调试完毕

5.4、质保期：1 年

5.5、质量标准：合格

5.6、交货地点：采购人指定地点

六、供应商资格要求

6.1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

6.2、供应商必须具备医疗器械经营许可证，产品系统获得二类医疗器械注册证；

6.3、供应商所投产品是同一厂家及同一品牌的产品(提供生产许可证证明)。

七、方式：

凡有意参加询价者，登录“西平县人民医院官网(<http://www.xprmyy.cn/index.html/>)”网站。

八、询价截止时间

时间:2023年6月1日09时30分(北京时间)。

九、询价时间及地点

1. 时间:2023年6月1日09时30分(北京时间)。

2. 地点：西平县人民医院门诊楼三楼

十、联系方式

采 购 人：西平县人民医院

地 址：驻马店市西平县西平大道96号

联 系 人：卢科长

联系方式：15836615606

发 布 人：西平县人民医院

发布时间：2023年5月29日