

西平县人民医院采购十二导心电图机项目询价公告

一、采购项目名称：西平县人民医院采购十二导心电图机项目

二、采购编号：西平县人民医院采购十二导心电图机项目

三、项目采购数量：1 台

四、项目预算金额：2.6W

五、采购需求：

5.1、十二导心电图机设备参数要求：

1	ECG输入通道：12导联同步采集	
2	显示信息：同屏显示12导心电波形	
3	兼容9导联，12导联采集模式	
4	采样率15000点/秒/通道	*
5	输入阻抗： $\geq 100M\Omega$	
6	频率响应：0.01-270Hz	*
7	定标电压：1mV $\pm$ 2%	
8	耐极化电压： $\pm 800mV$	*
9	内部噪声： $\leq 12.5\mu V_{p-p}$	
10	时间常数： $\geq 3.2s$ (0, +20%)。	
11	共模抑制比： $\geq 140dB$	
12	自带打印功能, 可通过热敏式点阵打印机打印报告	*
13	交直流两用, 自动转换	
14	内置可充电锂离子电池，充满后可正常工作时间 ≥ 3.5 小时	
15	设备支持网络功能，支持无线/有线双模式传输(无需外挂网络模块)，支持无缝对接现有医院心电平台，无需链接电脑，实现设备端预约下载医嘱信息。	*

5.2、资金来源：自筹资金

5.3、交货期：合同签订后 3 日历天内供货安装调试完毕

5.4、质保期：1 年

5.5、质量标准：合格

5.6、交货地点：采购人指定地点

六、供应商资格要求

6.1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

6.2、供应商必须具备医疗器械经营许可证，产品系统获得二类医疗器械注册证；

6.3、供应商所投产品是同一厂家及同一品牌的产品（提供生产许可证证明）。

七、方式：

凡有意参加询价者，登录“西平县人民医院官网（<http://www.xprmyy.cn/index.html/>）”网站。

八、询价截止时间

时间：2023年6月1日09时30分（北京时间）。

九、询价时间及地点

1. 时间：2023年6月1日09时30分（北京时间）。

2. 地点：西平县人民医院门诊楼三楼

十、联系方式

采购人：西平县人民医院

地 址：驻马店市西平县西平大道96号

联 系 人：卢科长

联系方式：15836615606

发 布 人：西平县人民医院

发布时间：2023年5月29日