

西平县人民医院采购新生儿听力筛查仪项目询价公告

一、采购项目名称：西平县人民医院采购新生儿听力筛查仪项目

二、采购编号：西平县人民医院采购新生儿听力筛查仪项目

三、项目采购数量：1 台

四、项目预算金额：6.3W

五、采购需求：

5.1、新生儿听力筛查仪设备参数要求：

1	TEOAE和DPOAE两种测试功能同时具备。	*
2	测试手段：采用耳声发射技术。	
3	TEOAE功能	
3.1	评估方法：噪音加权平均、信号峰值计算。	
3.2	刺激类型：Click（非线性）	
3.3	刺激水平：60 70 83 dB SPL	
3.4	刺激速率：≤50Hz	
3.5	接收频率：841Hz~4757Hz	
3.6	显示：曲线显示，参数显示。	
4	DPOAE功能	
4.1	评估方法：相位统计法	
4.2	测试范围：984Hz~6000Hz	
4.3	刺激类型：两个基本匹配的纯音	
4.4	显示：DPOAE 水平，测试进程，噪音水平，信噪比，波形	
4.5	结果显示：DPOAE水平，噪音水平，信噪比	
5	显示器	
5.1	操作语言：全中文测试界面	
5.2	类型：彩色，TFT，触摸屏，带有可调节LED背光灯	
5.3	尺寸：4.3 寸，分辨率：272*480 像素	
5.4	按键：电容式触屏按键，耐用性：每个触点最少100万次重	

	复使用	
6	内存：主机存储器可以储存2000个测试者资料	*
7	实时时钟：机器和计算机连接时可与计算机同步	
8	数据接口：电脑USB数据接口	
9	操作环境：温度范围：10~40℃，湿度范围：不大于85%（相对），不凝结，气压：700hPa~1060hPa，患者安全：符合GB9706.1-2007标准，内部供电，II类，B型，电磁兼容标准：YY0505-2012，检查全过程≤20秒	
10	电源及电池：电池类型：可充电锂电池7.4V2400mAh，满电8.4V，电池电量：可连续工作≥15小时，充电时间≤4小时，电池等级指示器：4级电池等级指示器。	
11	PC接口：接口类型：USB2.0，全速，USB电源：用量<来自USB接口的100mA电流，打印机接口：蓝牙连接	
12	直流电源输入：输入电压：12V DC±0.3V TEOAE和DPOAE	

5.2、资金来源：自筹资金

5.3、交货期：合同签订后3日历天内供货安装调试完毕

5.4、质保期：1年

5.5、质量标准：合格

5.6、交货地点：采购人指定地点

六、供应商资格要求

6.1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

6.2、供应商必须具备医疗器械经营许可证，产品系统获得二类医疗器械注册证；

6.3、供应商所投产品是同一厂家及同一品牌的产品（提供生产许可证证明）。

七、方式：

凡有意参加询价者，登录“西平县人民医院官网（<http://www.xprmyy.cn/index.html/>）”网站。

八、询价截止时间

时间：2023年6月1日09时30分（北京时间）。

九、询价时间及地点

1. 时间:2023 年 6 月 1 日 09 时 30 分(北京时间)。

2. 地点: 西平县人民医院门诊楼三楼

十、联系方式

采 购 人: 西平县人民医院

地 址: 驻马店市西平县西平大道 96 号

联 系 人: 卢科长

联系方式: 15836615606

发 布 人: 西平县人民医院

发布时间: 2023 年 5 月 29 日