

西平县人民医院采购转运监护仪项目询价公告

一、采购项目名称：西平县人民医院采购转运监护仪项目

二、采购编号：西平县人民医院采购转运监护仪项目

三、项目采购数量：2 台

四、项目预算金额：4.5W

五、采购需求：

5.1、转运监护仪设备参数要求：

1	监护参数：心电（ECG）、呼吸（RESP）、无创血压（NIBP）、血氧饱和度（SpO2）、脉搏（PR）、双通道体温（TEMP）	
2	显示	
2.1	屏幕尺寸：≥5 英寸彩色显示屏，分辨率：800×480	*
2.2	标配触摸屏，并具有锁屏功能，防止外界干扰影响监护仪的工作状态	*
2.3	可根据医护人员临床观察需要自由组合4个参数和波形进行大字体显示功能	
2.4	具有呼吸氧合图观察界面，同步显示心率、呼吸、血氧饱和度参数，准确反映患者三个参数间的关联反应，帮助医生准确作出判断	
2.5	具有短趋势共存界面显示，方便同屏查看实时数据及趋势	
2.6	支持快速进入“趋势图回顾界面”、“趋势表回顾界面”、“快速接收一名病人”、“呼吸氧合界面”等多种快捷键操作，且可根据不同医护人员使用习惯选择是否在主屏幕显示快捷键列表	
3	数据存储、回顾	
3.1	150小时趋势图/表存储回顾	
3.2	1200组无创血压测量回顾	
3.3	3导/5导：48小时全息波形；12导：35小时全息波形	
3.4	200组报警事件/心律失常事件回顾	
3.5	具备Micro USB数据接口，可将机内存储设备上的数据导出	
4	性能特点	

4.1	重量 ≤ 1.5 kg, 配有一体式防滑提手, 便于移动使用, 防水等级 IP44, 专门为病人转运监护而设计	*
4.2	适用于院外转运环境, 包括救护车的转运, 要求符合: EN 1789: 2007地面救护车	
4.3	具有待机功能, 暂时停止所有监护操作, 节省功耗. 退出该状态, 就可立即进行监护	
4.4	心电增益有: 1.25mm/mv ($\times 0.125$), 2.5 mm/mv ($\times 0.25$), 5 mm/mv ($\times 0.5$), 10 mm/mv ($\times 1$), 20 mm/mv ($\times 2$), 40 mm/mv ($\times 4$), 自动增益, 多种选择, 满足临床需求	
4.5	共模抑制比: 弱滤波模式: ≥ 95 dB, 监护和强滤波模式: ≥ 105 dB	*
4.6	具有药物浓度计算功能、滴定表计算功能、血流动力学计算功能、氧合计算功能	
4.7	具有脉搏调制音, 通过心跳声音的音调变化来判断血氧饱和度的高低变化	
4.8	分别用不同的声音表示高/中/低三种不同级别的生理报警及技术报警, 并提供提示信息	
4.9	技术报警、生理报警和报警静音分别有各自的报警指示灯 (3个独立的报警指示灯)	*

5.2、资金来源: 自筹资金

5.3、交货期: 合同签订后 3 日历天内供货安装调试完毕

5.4、质保期: 1 年

5.5、质量标准: 合格

5.6、交货地点: 采购人指定地点

六、供应商资格要求

6.1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

6.2、供应商必须具备医疗器械经营许可证, 产品系统获得二类医疗器械注册证;

6.3、供应商所投产品是同一厂家及同一品牌的产品 (提供生产许可证证明)。

七、方式:

凡有意参加询价者，登录“西平县人民医院官网（<http://www.xprmyy.cn/index.html/>）”网站。

八、询价截止时间

时间:2023年6月1日09时30分(北京时间)。

九、询价时间及地点

1. 时间:2023年6月1日09时30分(北京时间)。

2. 地点：西平县人民医院门诊楼三楼

十、联系方式

采 购 人：西平县人民医院

地 址：驻马店市西平县西平大道 96 号

联 系 人：卢科长

联系方式：15836615606

发 布 人：西平县人民医院

发布时间：2023 年 5 月 29 日