

西平县人民医院采购气钡灌肠机项目询价公告

一、采购项目名称：西平县人民医院采购气钡灌肠机项目

二、采购采购编号：

三、项目采购数量：1 台

四、项目预算金额：8W

五、采购需求：

5.1、气钡灌肠机设备参数要求：

1	设备参数	
1.1	工作电源：AC220V $\pm$ 22V, 50Hz $\pm$ 1Hz	
1.2	运行模式：连续或脉冲运行	
1.3	输入功率：50VA	
1.4	压力范围：0~50kPa	
1.5	显示精度允差： $\pm$ 1kPa	
1.6	具有手动和自动两种工作模式，可以一键切换	*
1.7	智能化操作平台：操作平台全数码显示，落地移动式主机，双气路推进，实时显示，动态可调，超压、漏气自动检测与保护	
1.8	采用压力、流量双模式控制方式，超压自动声音报警	
1.9	双气路推动，充气充钡单独控制。	
1.10	全自动钡剂搅拌功能，避免钡剂沉淀	
1.11	遥控器操作，遥控距离大于 15 米。	
1.12	遥控器具有充气、充钡、泄压和灌注停止功能。	*

5.2、资金来源：自筹资金

5.3、交货期：合同签订后 3 日历天内供货安装调试完毕

5.4、质保期：1 年

5.5、质量标准：合格

5.6、交货地点：采购人指定地点

六、供应商资格要求

6.1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

6.2、供应商必须具备医疗器械经营许可证，产品系统获得二类医疗器械注册证；

6.3、供应商所投产品是同一厂家及同一品牌的产品(提供生产许可证证明)。

七、方式：

凡有意参加询价者，登录“西平县人民医院官网(<http://www.xprmyy.cn/index.html/>)”网站。

八、询价截止时间

时间:2023年9月18日09时30分(北京时间)。

九、询价时间及地点

1. 时间:2023年9月18日09时30分(北京时间)。

2. 地点：西平县人民医院门诊楼三楼

十、联系方式

采 购 人：西平县人民医院

地 址：驻马店市西平县西平大道96号

联 系 人：卢科长

联系方式：15836615606

发 布 人：西平县人民医院

发布时间：2023年9月15日