

西平县人民医院采购高频胸壁振荡排痰仪项目询价公告

一、采购项目名称：西平县人民医院采购高频胸壁振荡排痰仪项目

二、采购采购编号：

三、项目采购数量：1 台

四、项目预算金额：9W

五、采购需求：

5.1、高频胸壁振荡排痰仪设备参数要求：

1	设备参数	
1.1	供电电源：100-240V~，50/60Hz	
1.2	振动频率：≤18Hz，控制精度±15%，调节步长 1Hz，长按可以连续调节	
1.3	振动压力：0-5kPa以内，1-10级可调，调节步长1级，长按可以连续调节	*
1.4	振动压力控制精度：输出值与设置值的误差不超过±0.2kPa	
1.5	定时时间：1-60 分钟可调，调节步长 1 分钟，长按可以连续调节	
1.6	人机交互界面：中文导航式操作指引，多参数显示及可调（频率、压力、时间等）	
1.7	治疗模式：5 种治疗模式可选，包括常规模式、滚动模式和 3 种 P 模式（P1、P2、P3 模式，也可以称为编程模式）	*
1.8	滚动模式：通过设置两个点的频率和压力，并设置第一个点到第二个点所占用定时时间百分比，使治疗强度逐渐增加	
1.9	编程模式：通过设置治疗的 8 个“段”，每段均可设置该段的频率、压力和时间，执行完一个段再执行下一个段，满足不同患者的需求	*
1.10	咳嗽暂停功能：咳嗽暂停时间为 10 秒-5 分钟可调	
1.11	患者紧急停止保护：通过手持开关实现患者自主的紧急停	

	止保护	
1.12	空气脉冲发生器：采用直流无刷电机和鼓风机，能量输出稳定	
1.13	背心设计：全胸充气背心采用倒V式设计，在确保患者有效咳嗽、咳痰时，避免对胃脘部的振荡	*
1.14	背心类型：背心式或胸带式气囊可选，耐用型或非耐用型可选，儿童型大中小号、标准型大中小号可选（具有检测报告）	
1.15	背心内衬：具有可拆卸内衬设计，满足单人单用，避免交叉感染	
1.16	患者状态监测：可另购“指脉氧”，实现实时监测患者心脉和血氧饱和度	
1.17	信息存储：可装配内存卡存储仪器运行信息，方便日常治疗管理及科研工作	

5.2、资金来源：自筹资金

5.3、交货期：合同签订后3日历天内供货安装调试完毕

5.4、质保期：1年

5.5、质量标准：合格

5.6、交货地点：采购人指定地点

六、供应商资格要求

6.1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

6.2、供应商必须具备医疗器械经营许可证，产品系统获得二类医疗器械注册证；

6.3、供应商所投产品是同一厂家及同一品牌的产品（提供生产许可证证明）。

七、方式：

凡有意参加询价者，登录“西平县人民医院官网（<http://www.xprmyy.cn/index.html/>）”网站。

八、询价截止时间

时间：**2023年9月18日09时30分**（北京时间）。

九、询价时间及地点

1. 时间:2023 年 9 月 18 日 09 时 30 分(北京时间)。

2. 地点: 西平县人民医院门诊楼三楼

十、联系方式

采 购 人: 西平县人民医院

地 址: 驻马店市西平县西平大道 96 号

联 系 人: 卢科长

联系方式: 15836615606

发 布 人: 西平县人民医院

发布时间: 2023 年 9 月 15 日